

MT702BP

Naudojimas

Prietaiso patikrinimas:

- Atsukti testinį magnetą ir priglausti jį prie prietaiso magnetinio jutiklio.
- Jei užsidegė lemputė.
- Jei lemputė neužsidega, pakeisti prietaiso baterijas.

Baterijų keitimas:

- Nusukti dangtelį prietaiso gale.
- Sudėti 2 AAA tipo baterijas teigiamu polių į jutiklį.

Jutiklio naudojimas:

- Atlikus prietaiso patikrinimą prigausti jutiklį prie matuojamo objekto;
- Esant pastoviam, nuolatinės arba kintamos srovės kuriamam magnetiniam laukui užsidegs prietaiso lemputė.
- Atsitiktiniai magnetiniai laukai gali įtakoti lemputės mirktelėjimą, tačiau arti veikiančio magnetinio lemputė švies vienodai.
- Nebūtina išimti elemento iš grandinės prieš atliekant jo magnetinio lauko matavimą.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.